



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA
DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZILDI
RO'YXAT RAQAMI: 2905-5
2021 - vil 10 - avgust

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРИНИНГ БҮЙРУФИ

Тиббий ихтисослашувнинг тегишили турини амалга ошириш учун зарур бўлган моддий-техник база, асбоб-ускуналар ва бошқа техник воситалар, шу жумладан тиббий техникага энг кам талабларга қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 майдаги ПФ-6221-сон “Соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислоҳотларни изчил давом эттириш ва тиббиёт ходимларининг салоҳиятини ошириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш тўғрисида”ги Фармонига мувофиқ буюраман:

1. Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирининг 2017 йил 10 июлдаги 90-сон буйруғи (рўйхат раками 2905, 2017 йил 28 июль) (Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари тўплами, 2017 й., 30-сон, 756-модда) билан тасдиқланган Тиббий ихтисослашувнинг тегишили турини амалга ошириш учун зарур бўлган моддий-техник база, асбоб-ускуналар ва бошқа техник воситалар, шу жумладан тиббий техникага энг кам талабларга иловага мувофиқ қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин.

2. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган қундан эътиборан уч ой ўтгач кучга киради.

Соғлиқни сақлаш вазири



Xadjibayev A.

Тошкент ш.
2021 йил 26 июль,
13 сон

Келишилди:

Ўзбекистон Савдо-саноат
палатаси Раиси



Икрамов А. И.

Тошкент ш.
2021 йил 23 июль

Ўзбекистон Республикаси соғлиқни
сақлаш вазирининг 2021 йил 26 июлдаги
13-сон бўйруғига

ИЛОВА

**Тиббий ихтисослашувнинг тегишли турини амалга ошириш учун зарур бўлган моддий-техник
база, асбоб-ускуналар ва бошқа техник воситалар, шу жумладан тиббий техникага энг кам
талабларга киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар**

1. 1-боб қўйидаги мазмундаги 2¹-банд билан тўлдирилсин:

“2¹. Тиббий хизмат қўрсатиш “мобил тиббиёт” шаклида ташкил қилинганда маҳсус автотранспорт воситаси (тиркама) тиббий ихтисослашувнинг тегишли турини амалга ошириш учун зарур бўлган моддий-техник база, асбоб-ускуналар ва бошқа техник воситалар, шу жумладан тиббий техника билан жиҳозланган бўлиши шарт.

Бунда тиббиёт ходимлари учун белгиланган иш ўринлари автотранспорт воситасига (тиркамага) мослаштирилиши мумкин.

Тиббиётда кўлланиладиган стерилланган тиббий тўпламлар сони бир иш куни учун 25 тадан кам бўлмаганда, стериллаш ва дистиллашга мўлжалланган тиббиёт асбоб-ускуналари талаб этилмайди.”.

2. 6-боб номидан “(дерматология)” деган сўз чиқариб ташлансин.

3. 8-бандда:

йигирма иккинчи хатбоши қўйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“дерматоскоп ёруғлик ости лупаси (дерматовенерология учун);”;

қўйидаги мазмундаги йигирма учинчи ва йигирма тўртинчи хатбошилар билан тўлдирилсин:

“ширма (дерматовенерология учун);

шиллик қаватни кўриш учун фонарикли ручка (дерматовенерология учун);”;

йигирма учинчи – ўттиз биринчи хатбошилар тегишли равишда йигирма бешинчи – ўттиз учинчи хатбошилар деб ҳисоблансин.

4. 9-бандда:

йигирма бешинчи хатбоши қўйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“гинекологик кресло, дерматоскоп ёруғлик ости лупаси (дерматовенерология учун);”;

қўйидаги мазмундаги йигирма олтинчи – йигирма саккизинчи хатбошилар билан тўлдирилсин:

“ширма (дерматовенерология учун);

шиллик қаватни кўриш учун фонарикли ручка (дерматовенерология учун);

вуда лампаси (дерматовенерология учун);”;

йигирма олтинчи – ўттиз учинчи хатбошилар тегишли равишда йигирма тўққизинчи – ўттиз олтинчи хатбошилар деб ҳисоблансин.

5. Қуйидаги мазмундаги 30^4 -боб билан түлдирилсін:

“ 30^4 -боб. Ўрта тиббиёт ходимларидан иборат “тиббий пункт” бүйича

54⁶. Ўрта тиббиёт ходимларидан иборат бўлган амбулатор типдаги “тиббий пункт”да қуйидагилар бўлиши лозим:

тиббиёт асбоб-ускуналари учун стол;

ўрта тиббиёт ходимлари учун иш столи;

стуллар;

кушетка;

штатив (суюқликларни томчилатиб қўйишга мўлжалланган) камида 2 дона;

совутгич (холодильник);

муолажа ўtkaziladig'an xonalardan stacionar xolatdagi bakterioqid lampa;

тонометр ва фонендоскоп;

шпатель;

бир марта қўлланиладиган шприцлар;

бир марталик чойшаблар, қўлқоплар, бинт, тампон, сочиқлар;

лейкопластръ;

дезинфекция воситалари ва ёрлиқланган идишлар;

ишлишиб бўлинган материал учун идишлар;

тиббиёт термометри.”.

6. Мазкур кўшимча ва ўзгартиришлар Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси билан келишилган.